MADE IN TRADE

MODE D'EMPLOI

ÉTHYLOTEST À USAGE UNIQUE

L'alcoolémie maximale est atteinte environ une heure après la dernière consommation d'alcool. Interpréter le test entre 2 et 15 minutes après avoir vidé l'air du ballon par le tube

Sortir le tube du ballon comme indiqué par la flèche.

Gonfler le ballon en une fois.



Enfoncer les embouts au maximum.

Insérer la partie bleue du tube dans l'embout du ballon.

Vider le ballon en 15 secondes environ.



Inférieur au seuil de 0,05%



NE PAS CONDUIRE

contralco
TESTS ET CONTRÔLES CERTIFIÉS

BP 23 • 34150 GIGNAC FRANCE
Tél. 33(0)4 67 57 62 62 • Fax 33(0)4 67 57 68 12
www.contralco.fr • info@contralco.fr

Conseils d'utilisation

Ne pas laisser à la portée des enfants ou des animaux.
Ne pas avaler.
Attention fragile, tube de verre.
Eviter un stockage prolongé à plus de 40°C / 104°F ou à la lumière
Ne pas mettre en contact avec les vêtements.
Ne pas orienter vers une personne lors du dégonflage.
En cas de contact du réactif avec la peau ou les yeux,
rincer abondamment à l'eau.
A utiliser entre 10°C et 40°C.
Cet éthylotest est utilisable une seule fois quel que soit le résultat.
Ne pas conserver le produit usagé.
A jeter dans la poubelle déchets résiduels après utilisation
en raison de produits chimiques contenus dans le tube de réactif.

PE / PP

Les résultats de ce test ne peuvent, en aucun cas,
être opposables à ceux obtenus lors de contrôles officiels.
Les décisions prises par l'utilisateur, en fonction
du résultat de ce test sont de sa seule et unique responsabilité.
Le fabricant et ses distributeurs dégagent toute responsabilité
si le produit est utilisé en dehors de sa destination
ou si les précautions et le mode d'emploi ne sont pas respectés.

Caractéristiques certifiées selon la Norme NFX 20-702 :

• Caractéristiques Techniques.
• Qualités Métrologiques maintenues malgré
les variations de températures et des paramètres d'expiration.
• Essais de vieillissement thermique.

AFNOR CERTIFICATION

11, rue Francis de Pressensé • 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE cedex